

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

General Medical Devices

Medical Beds

Name and address of the applicant

Nom et adresse du demandeur

Wissner-Bosserhoff GmbH

Hauptstr. 4-6

58739 Wickede, GERMANY

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Wissner-Bosserhoff GmbH, Hauptstr. 4-6, 58739 Wickede,
GERMANY

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Wissner-Bosserhoff GmbH, Hauptstr. 4-6, 58739 Wickede,
GERMANY

Rating and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated supply voltage: 230Vac

Rated frequency: 50Hz

Rated power: 320VA

Protection class: II

Type of applied part: B

Degree of protection: IPX4

Operating time (INT): 10% (2min. / 18min.)

Safe working load: 225kg

Trade mark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

wissner-bosserhoff

Model/type Ref.

Ref. de type

sentida 01-03-04

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60601-1:2005

IEC 60601-2-52:2009

as shown in the Test Report Ref. No.

which form part of this certificate

comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat


339-372461-100

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date,

2012-04-03

CB 12 03 13637 010



Stefan Reis



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service